



### COURONNE UNITAIRE

#### Préparation pour couronne antérieure



### BRIDGE 3 ÉLÉMENTS


#### Préparation pour bridge 3 éléments



### FACETTE

#### Préparation pour facette

Une fraise diamantée à extrémité arrondie et à grain moyen est utilisée pour retirer une couche uniforme d'émail.



#### Préparation pour facette pelliculaire

Grâce à IPS e.max, il est possible de réaliser des facettes pelliculaires qui peuvent être collées sur les dents préparées à minima.

Si la place est suffisante, aucune préparation n'est nécessaire.

Respecter une épaisseur minimale de 0,3 mm dans les zones cervicale et vestibulaire et de 0,4 mm au bord incisif.

